

# Sistema Calibrazione Sensori - Support #55

## Aggiornamento anagrafica strumenti di riferimento e db manometri

06/08/2023 04:56 PM - Marco Pesce

Status:	Closed	Start date:	06/08/2023
Priority:	Normal	Due date:	06/08/2023
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	1.00 hour
Strumento:	30	Serial Number	
<b>Description</b>			
Range manometro m1 Certif calib manometro riferimento			

### History

#1 - 06/09/2023 09:01 AM - Marco Pesce

- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100
- Strumento set to 30

Ridotto il range del manometro di tipo "m1" da 10 bar a 7 bar: verranno calibrati tutti in questo range, per limitazioni sulla pressione di linea  
Inserito il certificato di calibrazione, data di calibrazione e fine validità per il manometro di riferimento

#2 - 06/12/2023 09:43 AM - Marco Pesce

- Due date set to 06/08/2023